	Rubrik <b>Hjälpmedelsguide</b>		ISO-kod 040612	Diarienummer LD18/01936
			Version 1	Sida nr (av) 1(2)
	Dokumentnamn <b>Riktlinje – Kompressionsbehandling med kompressionspump vid lymfödem och lipödem</b>		Fastställt datum 2018-04-30	
	Framtagen av Produktgrupp	Godkänd och fastställd av Tomas Riman Division kirurgi		Giltig från 2018-04-30

### Rekommenderad förskrivare

Leg Sjukgymnast/fysioterapeut med vidareutbildning inom kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ).

### Kriterier

- Patient med svårbehandlat primärt lymfödem, sekundärt lymfödem eller lipödem
- Patient med svårighet att utföra manuell egenbehandling med modifierat manuellt lymfdränage
- Patient med behov av regelbunden/daglig behandling
- Kompressionsbehandlingen ska vara ett komplement till KFÖ

Särskilda indikationer:

- Stor ödemvolym
- Ödem med inlagring av fett/bindväv
- Ödem med fibros/skleros
- Ödem med hudförändringar

### Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra för patienten:

- Att självständigt kunna utföra egenbehandling
- Att minska risken för ödemkomplikationer
- Att förbättra livskvalité
- Att minska behov av vårdinsatser

### Typ av kompressionspump med tillbehör som kan förskrivas


- Kompressor som ansluts till en manschett via luftslangar.
- På kompressorn ställer man in tryck, behandlingstid och behandlingscykel.
- Systemet för kompressionsbehandling har 12-kammarsmanschett och möjlighet till central förbehandling.

### Kontraindikationer

- Allvarlig åderförkalkning (arterioskleros)
- Ischemiska vaskulära tillstånd
- Obehandlad hjärtsvikt
- Obehandlat högt blodtryck
- Känd eller misstänkt blodpropp (djup ventrombos eller tromboflebit)
- Gangrän
- Erysipelas eller andra bakterieinfektion i huden
- Nya hudtransplantationer under läkning
- Lungödem
- Plötsliga smärtor eller känselbortfall under behandling med kompressionspump

### Risk för personskada

- Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada

	Rubrik <b>Hjälpmiddelsguide</b>	ISO-kod 040612	Diarienummer LD18/01936
		Version 1	Sida nr (av) 2(2)
	Dokumentnamn <b>Riktlinje – Kompressionsbehandling med kompressionspump vid lymfödem och lipödem</b>	Fastställt datum 2018-04-30	
	Framtagen av Produktgrupp	Godkänd och fastställd av Tomas Riman Division kirurgi	Giltig från 2018-04-30

**Kostnad för tillbehör förbrukningsdelar som betalas av patient**  
Hjälpmedelsavgift

**Råd i förskrivningsprocessen**

Behovsbedömning

- Bedömning sker av ansvarig lymfterapeut utifrån riktlinjens kriterier

Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt

- Utprovning sker hos ansvarig lymfterapeut under några tillfällen
- Måttagning görs för att välja rätt storlek på manschetten

Instruera, träna och informera

- Behandling ordinerar av lymfterapeut
- Lämpligt behandlingsprogram provas ut av lymfterapeut
- Muntlig och skriftlig information om användning av kompressionspump

Uppföljning och utvärdering

- Förskrivare ansvarar för uppföljning minst 2 ggr/år

**Leverantör av hjälpmedel och tjänster**

Hjälpmedelscentralen enligt avtal mellan uppdragsgivaren och LD Hjälpmedel.

-----  
Framtaget av: Produktgrupp:

Helena Johansson	Sjukgymnast	Falun
Birgitta Dahlberg	Sjukgymnast	Avesta
Marianne Jonsson	Sjukgymnast	Falun
Ann-Sofi Forssparre	Sjukgymnast	Ludvika
Anna Asplund	Sjukgymnast	Ludvika
Carina Anteskog	Avd chef	LD Hjälpmedel Borlänge
Kontaktperson: Birgitta Dahlberg		

Godkänd av: Tomas Riman Division kirurgi 2018-04-30

Utredning/rekommendation utförd genom Medicinskt Råd 2017-01-16